Ward

胸腔排液用装置

メラ アクアコンフォート

Aqua Comfort

MERA

『心地良い』というクオリティーの提案。

Point ①

着脱可能なワンタッチ・Pコネクターを採用

- 排液バッグとドレーン接続チューブはワンタッチで着脱が可能です。
- 排液バッグのみの交換ができます。
- サキュームに接続・交換ができます。

※2、※3

Point ②

実感できる「静音化」

- サイレンサースポンジが大きな気泡を細かく分解することで、気になる「気泡の破裂音」を軽減。調圧槽の水位確認をしやすくしました

New!

確認しやすい気泡

- 水封槽に白い隔壁を設け、エアリーク時に発生する気泡の視認性を従来品に比べ向上させました。



New!

目盛りを大きくしました。

- 排液槽、水封槽、調圧槽の各目盛りの印字を大きくし従来品より視認性を向上させました

2200Pタイプ

Tube

■ドレーン接続チューブ

●ドレーン接続チューブ（患者側チューブ）は脱着可能なワンタッチPコネクターを採用。
患者ドレーンチューブのサイズに合わせて、別途メラコネクター付接続管※1を選択できます。

●2200タイプは2系統吸引が対応可能です。*

*2系統吸引で使用する場合は別途「メラコネクター付接続管」※1が必要です。

※標準付属のコネクターにはULタイプ（OD 7.4mm～13.6mm）のコネクターを採用。

■吸引源接続チューブ

●吸引源接続チューブの先端は6mmコネクターが標準付属されています。

※水封水は吸引源接続チューブから約30mL注水して下さい。



Port

■高陰圧解除ポート

●排液バッグ内に継続的な高陰圧が発生した場合に、注射針で高陰圧を解除することが可能です。

■検体採取ポート

●検体採取用のゴムポートは1100タイプに1ヶ所、2200タイプに2ヶ所に用意されています。



■水封室（ウォーターシール）水位調整ポート

●ゴムポートから注射針で水封水の水位を調整することが可能です。



Valve

■陽圧開放弁

●患者から発生した陽圧を自動開放します。

■逆流防止弁

●患者側に発生する突発的な高陰圧で水封水（ウォーターシール）が排液槽に逆流することを防止します。

Area

■水封室（ウォーターシール）

●滅菌蒸留水（約30mL）を注水することで、ウォーターシールが青色に着色されます。

■調圧室

●調圧水による吸引圧の設定は－3～－20hPaの範囲の調整が可能です。

●調圧水注入口（空気導入口）によりシリンジ等で調圧水（黄色に着色）の水位の調整が容易に行えます。

設定吸引圧に必要な水量の目安（約mL）			
型式	-10hPa	-15hPa	-20hPa
1100	85	135	185
2200	85	130	180

■排液槽

●透明性の高い排液槽は貯留量の確認が容易です。

排液槽（容量mL）			
型式	1槽目	2槽目	3槽目
1100	350	750	
2200	600	1000	600
目盛間隔（1100、2200共通）			
0～200mLまで			2mL刻み
200～1100（2200）mLまで			5mL刻み

Grip,Stand & Hook

■グリップ

●グリップ感に優れた把手は持ち運びに便利です。

■スタンド

●ホワイトをベースカラーにした、床置スタンドは、安定した設置が可能です。

■プラスチックハンガー

●標準付属のベッドハンガーはベッド等に掛けて使用することが可能です。

■オプション

●ACガートル金具

ガートル台に取り付けることを可能にし移動時の転倒防止に役立ちます。

●AC流量調整バルブ

吸引源からの流量を5L/min以下に調整することが可能になります。

●シールキャップ

2系統吸引から1系統吸引へ切替時に滅菌済みのキャップとして使用できます。



●排液キャップ

使用後の廃棄時に内容物が漏れないようにするためのキャップです。

■仕様

コード番号	JAN コード	販売名	規格・型式	備考	販売単位
0150105301	14806019607000	メラ アクアコンフォート	1100P	患者側チューブ 1 本付	5 個 / 箱
0150105401	14806019607017		2200P	患者側チューブ 1 本付	
0150105501	14806019607024		1100P　患者側チューブなし	別途メラコネクター付接続管が必要	
0150105601	14806019607031		2200P　患者側チューブなし	別途メラコネクター付接続管が必要	
0150204401	14806019604849	メラコネクター付接続管 ※1	US × P × 1m (※受注生産品)	コネクター先端の外形寸法　4.8mm ～ 8.8mm 15Fr～24Fr（参考値）	10 本 / 箱
0150212501	14806019607994		US × P × 1.3m		
0150204501	14806019604856		US × P × 1.5m		
0150204601	14806019604863		UL × P × 1m (※受注生産品)	コネクター先端の外形寸法　7.4mm ～ 13.6mm 28Fr～33Fr（参考値）	
0150212601	14806019608007		UL × P × 1.3m		
0150204701	14806019604870		UL × P × 1.5m		
0150503101	14806019607048	メラ　アクアコンフォート	シールキャップ	1 個 / 袋　E.O.G. 滅菌済み	10 個 / 箱
0150502401	14806019605846	排液キャップ	排液キャップ(大)(白ポート・患者側)	※医療機器非該当	50 個 / 箱
0150500700	04544753030236	AC ガートル金具	ST	ガートル棒（直径φ 25cm）に取り付け可能 ※医療機器非該当	1 個 / 袋
0150500800	04544753030243	AC 流量調整バルブ	ST	吸引源の流量調整が可能 ※医療機器非該当	1 個 / 袋

製造販売業者

泉工医科工業株式会社 ■埼玉県春日部市浜川戸2-11-1

■問い合わせ先：本社商品企画　TEL.03-3812-3254　FAX.03-3815-7011

札幌支店
〒060-0031 札幌市中央区北一条東4-8-1 サッポロファクトリー・フロンティア館4階
TEL.011-210-2720　FAX.011-210-2721

東北支店
〒982-0014 仙台市太白区大野田字皿屋敷6-1
TEL.022-748-1225　FAX.022-308-8820

青森営業所
〒030-0919 青森市はまなす2-16-15
TEL.017-726-6730　FAX.017-737-0137

盛岡連絡事務所
〒020-0051 盛岡市下太田沢田68-18 オーキットハウスB号室
TEL.019-658-1631　FAX.019-658-1632

福島連絡事務所
〒960-0112 福島市南矢野目字荒屋敷58-10　企業情報福島ビル1階
TEL.024-555-6601　FAX.024-555-6602

関東支店
〒344-0059 春日部市西八木崎3-11-15
TEL.048-761-0521　FAX.048-761-0527

つくば営業所
〒305-0821 つくば市春日3-5-20
TEL.029-852-7310　FAX.029-855-7175

松本営業所
〒399-0007 松本市石芝3-1-1 石芝ビル101号
TEL.0263-29-1366　FAX.0263-29-1367

新潟連絡事務所
〒950-2028 新潟市西区小新南1-2-7　ウエルズ小新C号室
TEL.025-201-3221　FAX.025-232-9105

東京支店
〒113-0033 東京都文京区本郷3-43-16　成田ビル4階
TEL.03-3812-3331　FAX.03-3812-3332

横浜営業所
〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-23-3 新横浜AKビル3F
TEL.045-476-8850　FAX.045-476-8859

中部支店
〒460-0022 名古屋市中区金山1-1-15
TEL.052-331-3121　FAX.052-339-3862

静岡営業所
〒422-8005 静岡市駿河区池田59-1
TEL.054-287-7081　FAX.054-287-7082

金沢営業所
〒920-0027 金沢市駅西新町1-39-10
TEL.076-224-7717　FAX.076-224-7727

関西支店
〒540-0005 大阪市中央区上町1-24-2
TEL.06-6764-8030　FAX.06-6764-8040

中四国支店
〒733-0002 広島市西区楠木町1-10-8 第4ミタニビル
TEL.082-294-3202　FAX.082-295-3598

岡山営業所
〒700-0973 岡山市北区下中野1230-5
TEL.086-805-0037　FAX.086-805-0160

高松連絡事務所
〒760-0078 高松市今里町2-6-1
TEL.087-861-2146　FAX.087-861-2150

九州支店
〒812-0896 福岡市博多区東光寺町1-1-14
TEL.092-474-0381　FAX.092-411-1325

鹿児島営業所
〒890-0055 鹿児島市上荒田町25-11 メゾン林A103
TEL.099-256-7843　FAX.099-256-4789

注意　実際のお取り扱いの際には取扱説明書及び添付文書をよくお読みになってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。
●2015/10月/3000 ●不許複製 ●S-5 ●B-31 ●届出番号：11B1X00016000226
●※1 届出番号：11B1X00016000002 ※2 承認番号：22100BZX00715000　※3 届出番号：11B1X00016000001
●BO-0073-04　www.mera.co.jp/